

SETTORE COORDINAMENTO LABORATORI E LEPTA

Allegato A2

Capitolato tecnico per l'acquisto di CONSUMABILI per i Laboratori Bionaturalistici dei Dipartimenti Provinciali dell'Arpocal di Cosenza, Catanzaro, Reggio Calabria e Vibo Valentia

La gara ha per oggetto la fornitura, in unico lotto, dei prodotti riportati in allegato 1 parte integrante del presente capitolato. Il criterio di aggiudicazione sarà al minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2006 e s.m.i.; il corrispettivo economico dovrà essere determinato "a misura" indicando chiaramente nell'offerta il prezzo dei singoli prodotti.

All'esito della procedura di aggiudicazione della fornitura dei prodotti di cui all'allegato 1, ARPACal stipulerà con l'aggiudicatario un contratto "a somministrazione" della durata di 24 mesi. Nel corso di validità del contratto verranno effettuati al massimo quattro ordinativi all'anno per ciascun laboratorio.

Il contratto terminerà alla scadenza dei 24 mesi o, se antecedente, al raggiungimento dell'importo contrattuale. Qualora, invece, alla scadenza del predetto termine, non fosse ancora esaurito l'importo contrattuale, ARPACal si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto di ulteriori sei mesi. In tale ipotesi il contratto terminerà alla scadenza del termine prorogato o, se antecedente, al raggiungimento dell'importo contrattuale.

Caratteristiche indispensabili della fornitura:

L'offerente dovrà formulare la propria offerta tecnica e commerciale per tutti i prodotti dell'Allegato A1, nessuno escluso. Saranno accettate offerte che prevedono confezioni con un quantitativo di prodotti diverso da quello indicato, a condizione che il quantitativo totale offerto corrisponda a quanto richiesto.

In fase di aggiudicazione definitiva verranno richiesti all'aggiudicatario i "data sheet" di ciascun prodotto, al fine di verificare la reale rispondenza con quanto richiesto. Tale documentazione sarà parte integrante del contratto e sarà cura dell'aggiudicatario l'eventuale aggiornamento durante la durata del contratto.

Saranno richiesti campioni dei prodotti offerti al fine di valutarne l'idoneità alla corretta esecuzione delle prove di laboratorio secondo le metodiche analitiche adottate; la valutazione dell'idoneità avverrà ad insindacabile giudizio dei Responsabili dei Laboratori. I campioni dovranno essere consegnati, presso il luogo indicato nella richiesta, entro 10 giorni dalla richiesta stessa, a pena di esclusione. I campioni non sono fatturabili e si intendono **GRATUITI** - nella bolla di consegna dovrà essere specificato "campioni gratuiti per gara". La campionatura sarà trasmessa a spese e rischio delle Ditte partecipanti.

Nel pacco contenente la campionatura dovrà essere inserito, in una apposita busta, un elenco dettagliato dei prodotti specificando:

SETTORE COORDINAMENTO LABORATORI E LEPTA

1. numero identificativo del lotto
2. codice del prodotto offerto
3. nome commerciale del prodotto
4. modalità di conservazione (es. temperatura refrigerata)

I campioni, in numero non inferiore a 10 unità, devono essere uguali al prodotto offerto e corredati di tutta la strumentazione necessaria all'esecuzione delle prove. In caso di esito negativo della verifica dell'idoneità dei prodotti, la strumentazione sarà restituita nelle condizioni in cui si troverà per effetto del controllo eseguito dalla componente tecnica, senza che possano essere vantati diritti a rimborsi o ad indennizzi a qualsiasi titolo. Il ritiro sarà a carico della ditta offerente.

Tutta la campionatura, confezionata come sopra indicato, deve essere racchiusa in un plico, sigillato e recante all'esterno l'indicazione: "contiene campionatura relativa alla procedura aperta per la fornitura in somministrazione di consumabili per i Laboratori Bionaturalistici ARPACal".

L'elenco dei prodotti richiesti non costituisce alcun obbligo o vincolo per ARPACal, circa l'acquisto. In particolare si precisa che:

-) le quantità riportate rappresentano il consumo presunto complessivo in un biennio di cui l'Agenzia potrebbe necessitare, sono da considerarsi pertanto puramente indicative
-) le quantità indicate non costituiscono vincolo contrattuale, ma sono riportate al fine di consentire la stima complessiva della fornitura.

Unitamente ai prodotti richiesti, a pena esclusione, per ciascun laboratorio ARPACal oggetto della fornitura, la ditta dovrà fornire i sistemi per la ricerca e quantificazione dei parametri E.coli, Coliformi Totali ed Enterococchi intestinali per matrici acquose, corredati di tutto il consumabile necessario all'esecuzione del singolo test, accompagnato da certificato di sterilità, inclusi eventuali comparatori/controlli negativi. Limiti di rilevabilità richiesti: minimo 1 MPN/100 ml, massimo circa 2.400 MPN/100ml. I metodi proposti dovranno essere validati secondo la norma ISO 13843:2017. Per l'intera durata del contratto, le attrezzature devono essere date in comodato d'uso gratuito, complete di contratto di manutenzione. La fornitura in comodato d'uso gratuito deve includere: sigillatore automatico, lampada ultravioletta a 365 nm e camera oscura per la lettura dei risultati analitici. Il sigillatore automatico deve prevedere un tempo di riscaldamento inferiore a 3 min., display con contatore, allarmi e spie luminose ON/OFF.

Garanzia e assistenza

L'offerente è tenuto a garantire che il prodotto offerto sia conforme ai requisiti ed esente da difetti per quanto riguarda la progettazione, il materiale, la produzione ed il processo e sia idoneo allo scopo per cui è previsto.

Le firme autografe possono essere sostituite da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D. Lgs. 12/02/1993 n° 39

SETTORE COORDINAMENTO LABORATORI E LEPTA

Resta inteso che qualora ARPACal rilevi non conformità rispetto a quanto sopra elencato richiederà l'immediata sostituzione del prodotto in questione.

I prodotti offerti, a pena esclusione, devono possedere le certificazioni indicate nell'allegato 1, non saranno accettate dichiarazioni di equivalenza da parte del fornitore. Le confezioni dovranno risultare integre e recare scadenza e numero di lotto per garantire la tracciabilità del prodotto. La fornitura dovrà essere effettuata in modo che il prodotto pervenga al laboratorio con un termine di scadenza residuo non inferiore ai 2/3 della durata totale del prodotto medesimo.

Le attrezzature fornite in comodato d'uso, per tutti e quattro Laboratori, dovranno essere complete di garanzia e assistenza, prevedendo anche la loro eventuale sostituzione in caso di guasto non riparabile. In particolare, la fornitura delle attrezzature dovrà prevedere per ogni strumento e per tutta la durata della somministrazione, un contratto FULL RISK con previsione di interventi per la risoluzione di eventuali problemi ed eventuale sostituzione dello strumento, in caso di intervento non risolutivo, il tempo massimo consentito per la risoluzione del problema è di 5 gg.

Tempi e modalità di consegna

I prodotti dovranno essere consegnati presso le seguenti sedi:

-) Laboratorio Bionaturalistico DAP Cosenza ARPACal, Viale Trieste 31 (II PIANO senza ascensore), 87100 Cosenza;
-) Laboratorio Bionaturalistico DAP Catanzaro ARPACal, via Lungomare, Loc. Mosca, 88063 Catanzaro Lido;
-) Laboratorio Bionaturalistico DAP Reggio Calabria ARPACal, via Troncovito, snc.- 89131 Gallico Superiore, RC;
-) Laboratorio Bionaturalistico DAP di Vibo Valentia, Zona industriale loc. aeroporto, 89900-Vibo Valentia.

Le consegne dovranno avvenire entro 7 giorni lavorativi dall'ordinativo fatta salva la facoltà delle parti di concordare termini di consegna diversi che saranno specificati nell'ordine di acquisto.

Alla consegna ciascun prodotto dovrà essere accompagnato dalla seguente documentazione e informazioni:

- documento di trasporto
- scheda di sicurezza in italiano/inglese
- certificato di analisi del lotto di produzione o del prodotto

Ciascun prodotto dovrà inoltre recare un'etichettatura come da regolamento 1272 (2008/CE) relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele. L'aggiudicatario della gara, dovrà produrre certificazione che attesti che la fornitura venga prodotta e controllata in conformità alle norme ISO 11133 e alla ISO/IEC 17025.

SETTORE COORDINAMENTO LABORATORI E LEPTA

I prodotti dovranno essere confezionati ed imballati in modo tale da garantirne il corretto trasporto, immagazzinamento, conservazione e manipolazione in accordo alle vigenti normative in materia e buona pratica. Il fornitore dovrà garantire l'osservanza della corretta conservazione e movimentazione dei prodotti secondo le specifiche di ogni singolo prodotto (es. temperature) durante le fasi di trasporto, senza alcun onere aggiuntivo a carico di ARPACal. A discrezione di ARPACal, la merce non accompagnata da documentazione e informazioni previste, così come quella consegnata con imballi danneggiati, potrà essere rifiutata e sarà quindi considerata a tutti gli effetti non consegnata o accettata con riserva di verifica della conformità del contenuto.

Controllo preliminare amministrativo

All'atto della consegna verrà effettuato un controllo preliminare sulla corrispondenza tra quanto consegnato e quanto indicato sul documento di trasporto e sull'integrità degli imballi verificando l'assenza di lacerazioni o manomissioni. La firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera la Ditta aggiudicataria dal rispondere ad eventuali contestazioni che potrebbero insorgere in relazione a vizi riscontrabili solo all'atto dell'utilizzo.

Controllo preliminare tecnico

La verifica tecnica sulla tipologia, qualità, scadenza e corrispondenza all'ordine del materiale consegnato verrà effettuato dal personale tecnico incaricato del Laboratorio entro 30 giorni dalla consegna.

Controllo tecnico di qualità

Di norma quanto acquistato non viene immediatamente utilizzato, pertanto l'Agenzia si riserva un ulteriore periodo di tempo, che non può eccedere la durata contrattuale, per verificare che la qualità del prodotto offerto sia conforme a quanto prospettato in fase di gara.

Tale controllo è da considerarsi "termine per l'accertamento tecnico della conformità della merce". La merce non accettata per non conformità riscontrata resterà a disposizione della Ditta affidataria a suo esclusivo rischio e pericolo e dovrà altresì, a sua cura e spese, essere ritirata e sostituita con altra della qualità prescritta, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla comunicazione di non conformità. La mancata sostituzione della merce da parte della Ditta affidataria, nel termine di 5 (cinque) giorni lavorativi, salvo diversi accordi col laboratorio, sarà considerata quale "mancata consegna" e l'Agenzia avrà diritto ad agire mediante l'applicazione delle penali previste.

Penalità:

ARPACal si riserva di applicare delle penali per il mancato rispetto delle condizioni di fornitura. Si applicherà una penale giornaliera pari all'un per mille del valore contrattuale fino ad un massimo del 10% del valore contrattuale.

Nel caso il ritardo nella fornitura si protragga oltre i 20 giorni lavorativi rispetto alla data di consegna prevista, ARPACal avrà facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di risolvere il contratto e chiedere, oltre

SETTORE COORDINAMENTO LABORATORI E LEPTA

alle penali previste, il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito. L'accettazione di forniture oltre i termini previsti non costituisce rinuncia alla richiesta di penali e risarcimento danni.

Requisiti di capacità Tecnico-professionale:

Ai sensi dell'art.83 del D.Lgs. n. 50/2016, i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di carattere tecnico professionale che saranno autocertificati utilizzando il modello di DGUE e che dovranno essere dimostrati mediante la documentazione indicata dal Disciplinare di gara.

Il Direttore
f.to dott.ssa Rosaria Chiappetta