SETTORE COORDINAMENTO LABORATORI E LEPTA

Chiarimento n. 2

RDO n. 2600616 "Fornitura di sorgenti di taratura e smaltimento sorgenti esauste afferenti ai Servizi Agenti Fisici dei Dipartimenti Provinciali di Arpacal"

Lotto 1 CIG ZAE2D842FD - Lotto 2 CIG Z3F2D84377 - Lotto 3 CIG ZEB2D843BE - Lotto 4 CIG Z0E2D843FC – Lotto 5 CIG Z4D2D8444C

Quesito n. 2 del 17.07.2020:

Si chiedono alla Stazione Appaltante i seguenti chiarimenti:

1. Si chiede conferma che i radionuclidi indicati nel capitolato tecnico come esempio siano solo indicativi e quindi il fornitore possa proporre una lista di radionuclidi differente
2. Si chiede alla Stazione Appaltante di specificare quante più informazioni possibili sulla sorgente attualmente in possesso ed oggetto di futuro smaltimento, quali: fornitore, anno di produzione, attività locale, lista di nuclidi presenti, volume complessivo
3. Si fa presente che, data la natura dei prodotti oggetto della procedura di gara, non è possibile garantire la consegna entro dieci giorni dall'ordinativo; tali prodotti infatti hanno tempi di consegna di circa 10/12 settimane in quanto i produttori sono esteri

Risposta:

La Stazione Appaltante fornisce i seguenti chiarimenti:

1. I radionuclidi indicati nel capitolato tecnico come esempio sono indicativi. Saranno accettate miscele di radionuclidi diversi a condizione che i radioisotopi gamma emettitori della sorgente abbiano righe di emissione tali da coprire l'intero range energetico d'interesse: 50 keV - 2 MeV; la sorgente deve garantire per almeno 5 anni la calibrazione in efficienza e in energia, l'attività totale deve essere quella richiesta. Devono essere garantite anche tutte le specifiche delle misure indicate nel capitolato.

SETTORE COORDINAMENTO LABORATORI E LEPTA

2. La sorgente da smaltire è a Cosenza - Castrolibero, è del 2014 e all'atto dell'acquisto era miscela di radionuclidi NG3- Attività totale nominale all'acquisto di 40 kBq in geometria Beaker di Marinelli da 1L (Es. Radionuclidi Am-241, Cd-109, Co-57, Ce-139, Hg -203, Sn- 113, Sr-85, Cs-137,Co-60,Y-88)

3. In merito ai tempi di consegna, si specifica che ai sensi del punto 5 del disciplinare di gara "*Gli ordinativi di fornitura saranno effettuati da parte del RUP tramite posta certificata, a seguito di formale indicazione da parte dei dirigenti dei servizi interessati e la ditta aggiudicataria dovrà evadere l'ordine entro* ***30 (trenta)*** *giorni dal ricevimento della succitata pec*". Inoltre, al punto 4 del capitolato tecnico è precisato che "*Le consegne dovranno avvenire entro 30 giorni dall'ordinativo fatta salva la facoltà delle parti di concordare termini di consegna diversi che saranno specificati nell'ordine di acquisto."* I tempi di consegna previsti sono, dunque, di 30 giorni e non 10 come indicato dalla ditta concorrente, modificabili in accordo tra le parti ove ciò fosse reso necessario da esigenze documentate della ditta aggiudicataria o per esigenze sopravvenute dell'amministrazione, comunque ragionevolmente riferibili ai 30 giorni indicati nella lex specialis.

F.to Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Simona Bitonti