

 	<h1>ARPACAL</h1>	<p>REGIONE</p>  <p>CALABRIA</p>
<p>Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria</p>		

Procedura Aperta, con modalità telematica, relativa all'acquisto di strumentazione tecnico-scientifica a supporto della rete Laboratoristica Arpacal.

CODICE CUP: I87G19000060005

CODICE GARA: 8020591

Quesito 5: In merito agli elementi di natura qualitativa del Lotto n° 5 -Microscopio elettronico a scansione (Field Emission Scanning Electron Microscope, FE-SEM) corredato da sistema di Microanalisi a Dispersione di Energia (EDS)-cod. CIG 859903542A, siamo a porvi i seguenti chiarimenti:

5.a) il requisito premiale relativo alla Movimentazione dello stage completamente motorizzata per gli assi X, Y assegna il punteggio massimo se tale movimentazione in X,Y supera i 120mm.

Considerando la vostra risposta al quesito numero 2 che considerava valida una movimentazione in X,Y pari a 100x50mm in quanto permetteva di coprire un'area circolare equivalente a escursioni di 80x80mm grazie all'eucentricità del tavolino porta campioni, analogamente riteniamo altrettanto valida la soluzione di un tavolino porta campioni "Eucentrico" con movimentazioni in X,Y pari a 125x100mm che consente (sempre grazie all'eucentricità del tavolino) di coprire un'area circolare equivalente ad escursioni superiori a 120x120mm ottenendo quindi il massimo punteggio assegnabile.

Risposta 5.a: Il riscontro fornito al quesito n. 2 citato, fa riferimento a requisiti minimi richiesti per partecipare alla gara; il quesito in questione attiene viceversa a criteri premiali e l'attribuzione dei relativi punteggi compete alle valutazioni tecniche demandate ai commissari di gara sulla base della documentazione fornita dai concorrenti e come tale non può essere oggetto di chiarimenti.

5.b) Si prega di precisare se l'estensione della garanzia omnicomprensiva full-risk (ultimo requisito premiale) di ulteriori 12/30/48 mesi sono riferiti solamente al FE-SEM oppure al sistema complessivo fornito composto da FE-SEM, sistema EDS e relativi sistemi hardware di gestione.

Risposta 5.b: L'estensione della garanzia è da intendersi riferita all'intera strumentazione fornita.

5.c) Assolvimento imposta di bollo da € 16,00.

Pregiamo confermare che l'assolvimento tramite il mod. F24 è accettato in quanto da noi già versato prima del Vs successivo chiarimento.

Risposta 5.c: Ferma restando la necessaria completezza dei dati nel modello di versamento, l'Amministrazione considererà regolarizzata la domanda di partecipazione anche nel caso di imposta di bollo versata tramite F24.