

 	<h1>ARPACAL</h1>	<p>REGIONE</p>  <p>CALABRIA</p>
<p>Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria</p>		

Procedura Aperta, con modalità telematica, relativa all'acquisto di strumentazione tecnico-scientifica a supporto della rete Laboratoristica Arpacal.

CODICE CUP: I87G19000060005

CODICE GARA: 8020591

Quesito 6a: In riferimento al chiarimento in cui si conferma che la soluzione proposta con escursione 100 x 50 è ritenuta idonea alle nostre esigenze, data la possibilità di rotazione dello stage, fermo restando che quanto dichiarato sia dimostrato durante il collaudo della strumentazione oggetto di gara, si fa notare che anche ruotando il tavolino l'escursione su uno dei due assi rimane sempre 50 mm.

Dal momento che tutti gli operatori economici di microscopia elettronica sul mercato sono in grado di fornire tavolini con escursioni X e Y superiori a 80 mm (essendo disponibili anche da fornitori indipendenti terzi, semplicemente con un extra costo), si richiede che la soluzione proposta con escursione 100x50 mm, non equivalente per i motivi sopra citati a soluzioni più costose ma più performanti, ottenga punteggio pari a 0 nella valutazione.

2) In alternativa, si domanda se, per l'elemento di natura qualitativa che richiede: "Movimentazione dello stage completamente motorizzata per l'asse Z" sia considerata equivalente una soluzione che consenta di estendere il range di asse Z tramite l'inclinazione del tavolino.

Risposta 6.a: Il riscontro fornito al quesito citato fa riferimento a requisiti minimi richiesti dall'Amministrazione per partecipare alla gara; i quesiti in questione attengono viceversa a criteri premiali. L'attribuzione dei punteggi premiali compete alle valutazioni tecniche demandate ai commissari di gara sulla base della documentazione fornita dai concorrenti e non può essere oggetto di proposta da parte dei concorrenti.

6.b) 3) Per l'elemento di valutazione seguente:

Risoluzione dell'immagine store

Si richiede se questo parametro indichi in effetti l'immagine store dell'immagine acquisita dal microscopio, ossia la risoluzione della singola scansione del SEM.

Risposta 6.b: La risoluzione dell'immagine store si riferisce alla singola scansione del SEM.

6.c) Per l'elemento di valutazione seguente:

Stage portacampioni eucentrico con tilt fra 0° e 90°.

Si chiede se il punteggio assegnato ad un tavolino portacampioni eucentrico a tutte le distanze di lavoro, ma con tilt inferiore a 90° (ad es. 70°), sia pari a 0

Risposta 6.c: Si specifica che il punteggio premiale verrà assegnato a condizione che il tavolino portacampioni sia eucentrico nell'intero intervallo ricompreso tra 0° a 90°.