

 	<h1>ARPACAL</h1>	 <p>REGIONE CALABRIA</p>
<p>Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria</p>		

Procedura Aperta, con modalità telematica, relativa all'acquisto di strumentazione tecnico-scientifica a supporto della rete Laboratoristica Arpacal.

CODICE CUP: I87G19000060005

CODICE GARA: 8020591

Quesito 7a: Lotto 1- lotto 3: Nel capitolato tecnico, per entrambi i lotti è richiesto un bancone di dimensioni e struttura adeguate al posizionamento della strumentazione offerta, si richiede di voler cortesemente precisare se tale bancone debba essere munito di componente elettrica.

Risposta 7.a

La ditta offerente è tenuta ad offrire all'amministrazione una soluzione tecnica che consenta il corretto e funzionale collegamento della strumentazione ospitata sul bancone alla rete elettrica esistente.

7.b) Nel capitolato tecnico si richiede che lo Spettrometro di Massa ad Alta Risoluzione sia dotato di sistema di insonorizzazione della pompa rotativa, si chiede se sia possibile includere tale sistema nel banco da lavoro.

Risposta 7.b: Sì, è possibile.