



Regione Calabria

A.R.P.A. Cal.

Agenzia Regionale per la Protezione dell' Ambiente della Calabria



chiarimenti/quesiti.

Oggetto: procedura aperta per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria della strumentazione a servizio dei laboratori chimici dei Dipartimenti Provinciali ARPACal di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria. - C.I.G. **635972209F** –

Quesiti:

- 1) Fornire il modello preciso del LCMS TRIPLO QUADRUPOLE;
- 2) Indicare se la strumentazione AGILENT 5975 è equipaggiata con pompe per vuoto turbo molecolari oppure no;
- 3) Nel caso di strumentazione dichiarata end of life dalla casa madre e quindi le relative parti di ricambio non più disponibili, come occorre rispondere;
- 4) Nel disciplinare, nella parte amministrativa, e' richiesta una DICHIARAZIONE riportante l'importo relativo ai servizi nel settore oggetto di gara relativo a 2012.2013.2014 che per singolo anno non dovrà' essere inferiore a 50.000 euro IVA esclusa. Per SETTORE OGGETTO DELLA GARA intendete la stessa tipologia di clienti? Nello specifico quindi tutte le A.R.P.A. ?

Chiarimenti:

- 1- Il modello dell' LC-MS/MS è Agilent 6410;
- 2- Il GC-MS 5975 è ovviamente dotato di pompa turbo-molecolare;
- 3- Prima di procedere con il bando, sono state fatte le opportune indagini di mercato volte a verificare che le parti di ricambio fossero in commercio;
- 4- Per "settore" si intende Manutenzione di strumentazione eseguita correttamente e non soggetto che ha fruito del servizio.

Il Responsabile del Procedimento
F.to Geom. Giuseppe Folino