

RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI

OGGETTO: Procedura Aperta, con modalità telematica, per la fornitura dei servizi destinati all'attuazione del progetto di ripristino e manutenzione della rete dei campionatori automatici fissi, installati presso gli impianti di depurazione costieri delle acque reflue della Regione Calabria

CODICE CIG 87776970B7 - CODICE GARA 8171883

Con il presente documento, questa Stazione Appaltante, ai sensi del bando e disciplinare di gara, a seguito di richieste di chiarimenti da parte delle imprese interessate alla procedura in oggetto, che pervengono alle caselle di posta elettronica dell'ufficio del responsabile del procedimento, intende rendere pubbliche le risposte e le precisazioni agli atti di gara.

I quesiti sono prelevati dal testo delle e-mail pervenute e per comodità di esposizione sono stati numerati. Le risposte sono graficamente indicate in corsivo.

Quesito 1)

Con riferimento a quanto indicato all'art. 9 del Disciplinare di Gara "*Richiesta di chiarimenti, comunicazioni e informazioni sulla gara*", si prega confermare che la data limite per l'invio di quesiti scritti sarà entro e non oltre 7 giorni antecedenti alla data di scadenza della presentazione dell'offerta, potendo di conseguenza identificare come refuso quanto indicato all'art. 40 "*Richiesta di informazioni e chiarimenti*" che indica quale stessa data limite 12 (dodici) giorni antecedenti la scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

Chiarimento quesito 1)

Si conferma che la data limite per l'invio di quesiti scritti è da intendersi entro e non oltre 7 giorni antecedenti alla data di scadenza della presentazione dell'offerta.

Quesito 2)

Con riferimento all'art. 33 del Disciplinare di Gara *Busta A "Documentazione amministrativa"*, si prega di confermare che l'inserimento del listino prezzi nella Sezione 3 trattasi di refuso, dato che all'apertura della suddetta busta tali informazioni potrebbero permettere una stima anticipata dell'offerta economica del concorrente e quindi causarne l'esclusione. Pertanto si richiede l'inserimento del listino prezzi nella Busta C "*Offerta Economica*".

Chiarimento quesito 2)

Si ribadisce la correttezza della indicazione riportata nell'art. 33 del Disciplinare. L'offerta economica è intesa "a Corpo" ed è collegata a complesse valutazioni tecnico-economiche dei singoli operatori economici, alle loro eventuali migliorie offerte, al grado di studio del progetto posto a base di gara ecc. Si ritiene pertanto che la conoscenza del solo listino prezzi dei pezzi ricambi non possa determinare una stima anticipata dell'offerta economica del concorrente e, pertanto, determinarne l'esclusione. Altresì lo stesso listino prezzi dei pezzi ricambio non è oggetto di valutazione tecnico economica ed è relativo a potenziali pezzi di ricambio di una eventuale ed ulteriore attività manutentiva.

Quesito 3)

Con riferimento all'art. 6 del Bando di Gara e all'art. 10 del Disciplinare di Gara si fa presente che nel portale di gara SISGAP non ci risulta caricato quanto indicato al punto 5) "Protocollo di legalità", richiesto per la compilazione della Busta A "Documentazione amministrativa". Si prega pertanto di integrare tale documentazione.

Chiarimento quesito 3)

Quanto correttamente qui segnalato risulta già disponibile sul portale SISGAP e sul portale della Stazione Appaltante

Quesito 4)

Si prega di confermare che la o le macchine server e di stoccaggio dati, nonché il sistema operativo necessari all'implementazione della componente software richiesta al punto E), capitolo 6 della Relazione Tecnica (equivalentemente citata nel Capitolato Speciale di Appalto) e composta da: 1) Sistema di back office e 2) Sistema front office, saranno forniti e/o messi a disposizione dalla Stazione Appaltante e non sono oggetto della presente procedura d'appalto.

Chiarimento quesito 4)

Si conferma che la o le macchine server e di stoccaggio dati, nonché il sistema operativo necessari all'implementazione della componente software richiesta al punto E), capitolo 6 della Relazione Tecnica, saranno forniti e/o messi a disposizione dalla Stazione Appaltante e non sono oggetto della presente procedura d'appalto. -

Quesito 5)

Si prega di confermare che a corollario della Relazione Tecnica richiesta al capitolo 34, Busta B "Offerta Tecnica" del Disciplinare di gara, si potranno allegare le schede tecniche della strumentazione e del software fornito, e che queste non prenderanno parte al conteggio del numero massimo di pagine richiesto per la Relazione Tecnica.

Chiarimento quesito 5)

Si conferma che le schede tecniche della strumentazione e del software fornito allegate a corollario della Relazione Tecnica richiesta al capitolo 34, Busta B Offerta Tecnica, non rientreranno nel conteggio del numero massimo di pagine della Relazione Tecnica

Quesito 6)

Con riferimento al riutilizzo delle componenti funzionanti dei campionatori da ritirare per il ripristino degli altri, si prega di confermare che quanto citato a pagina 13, punto D), capitolo 6 della Relazione Tecnica (e a pag. 13 del CSA) "...tutte le altre componenti diverse dall'elettronica di governo per la gestione automatica del campionamento e di eventuali misure..." si riferisce a tutte le componenti dei frigoriferi (pompa peristaltica, motore passo passo, sistema di refrigerazione, raccogliatore bottiglie, ecc.) e al mobile del frigorifero stesso.

Chiarimento quesito 6)

Si conferma che quanto citato a pagina 13, punto D), capitolo 6 della Relazione Tecnica (e a pag. 13 del CSA) "...tutte le altre componenti diverse dall'elettronica di governo per la gestione automatica del campionamento e di eventuali misure..." si riferisce a tutte le componenti dei frigoriferi (pompa peristaltica, motore passo passo, sistema di refrigerazione, raccogliatore bottiglie, ecc.) e al mobile del frigorifero stesso e che le stesse potranno essere, se funzionanti, riutilizzabili per il ripristino degli altri campionatori

Quesito 7)

Si prega di confermare che la frase “*verificare idoneità allaccio alla rete elettrica dell'autocampionatore e relativa messa a terra e/o eventuale ripristino, fino ad un massimo di 30m dallo shelter*”, presente nella Relazione Tecnica e nel CSA per tutti gli autocampionatori, si riferisce alla sola verifica dei cablaggi e alla loro eventuale sostituzione per un massimo di 30m di cavo.

Chiarimento quesito 7)

Si conferma che la frase “verificare idoneità allaccio alla rete elettrica dell'autocampionatore e relativa messa a terra e/o eventuale ripristino, fino ad un massimo di 30m dallo shelter”, presente nella Relazione Tecnica e nel CSA per tutti gli autocampionatori, si riferisce alla sola verifica dei cablaggi e alla loro eventuale sostituzione per un massimo di 30m di cavo.

Quesito 8)

A pagina 12 del CSA alla voce “*Memoria minima sistema controllo*”, per le nuove centraline, si richiedono 256 MB SDRAM. Per le stesse centraline nella Relazione Tecnica la specifica minima a pagina 12 alla voce “*Memoria*” è di 64 MB SDRAM. Si prega di confermare che la specifica tecnica minima relativa alla memoria SDRAM richiesta è di 64 MB, anche in relazione alle ridotte necessità del sistema che attualmente utilizza soltanto 384 KB per le centraline esistenti.

Chiarimento quesito 8)

Si conferma che trattasi di refuso nella compilazione e che pertanto è da intendersi richiesto quanto indicato nella Relazione Tecnica che indica come specifica minima fornitura di SDRAM da 64MB.

Quesito 9)

Con riferimento all'art. 33 punto 3) “*DGUE*” del Disciplinare di gara, valutato che il D.L. 183 del 31/12/2020 (c.d. mille proroghe) all'art. 13 comma 2 modifica l'articolo 1, co. 18, del D. L. n. 32/2019 (c.d. sblocca cantieri) convertito con modificazioni con L. 14 giugno 2019 n. 55, e altresì valutato il D.L. 77/2021 all'art. 52 punto 9 dichiarando che fino al 31 dicembre 2023 “*sono altresì sospese l'applicazione del comma 6 dell'articolo 105 e del terzo periodo del comma 2 dell'articolo 174, nonché le verifiche in sede di gara, di cui all'articolo 80 del medesimo codice, riferite al subappaltatore*”, vi preghiamo di confermarci che non vi è l'obbligo di indicare i subappaltatori in fase di offerta.

Chiarimento quesito 9)

Non vi è obbligo di indicare i subappaltatori così come disposto dalla vigente normativa. Resta fermo l'obbligo di indicare in sede di gara l'eventuale ricorso al subappalto e le parti che intende subappaltare così come indicato dalla legge e dall'art. 20 del disciplinare di gara.

Quesito 10)

Con riferimento all'art. 33 del disciplinare, alla parte relativa alla sezione n.2 punto 5) si indica di pagare l'imposta di bollo di € 16 (in originale informatico o copia semplice). Chiediamo di confermare che il codice tributo per l'F24 è il 2501.

Chiarimento quesito 10)

Si conferma che il codice tributo per l'F24 è il N. 2501.

Quesito 11)

Con riferimento alla Vs. richiesta, presente nel CSA e nella Relazione Tecnica, di fornire e posizionare nello shelter per ciascuno dei 70 campionatori “una batteria tampone da almeno 100 Ah per ovviare durante il campionamento l’eventuale assenza di energia elettrica”, riteniamo opportuno segnalare che i campionatori SIAP+MICROS p205-d CAFR sono alimentati da tensione di rete 220Vac (quindi in corrente alternata) mentre la batteria da almeno 100Ah è in grado di erogare una tensione continua (alla tensione di 12Vdc), pertanto l’utilizzo di batterie da 100Ah non sarà in grado di sopperire all’assenza di energia elettrica durante il campionamento. Fatte salve le verifiche del caso, si prega quindi di confermare che le batterie da fornire in sostituzione dovranno essere da 1,2Ah, come quelle installate presso i campionatori e che le stesse saranno funzionali al mantenimento della piena operatività del sistema di acquisizione e comunicazione dell’autocampionatore (questo alimentato a 12Vdc) che in caso di mancanza di rete potrà continuare a garantire il funzionamento attraverso la batteria da 1,2Ah e comunicare prontamente il disservizio al centro di acquisizione dati.

Il quesito nei termini formulati non è ammissibile non rappresentando chiarimento, ma elemento integrativo del CSA e di valutazione dell’operatore.