

## SETTORE COORDINAMENTO LABORATORI E LEPTA

### Chiarimento n. 3

#### **RDO n. 2541450 “Fornitura di sorgenti di taratura e smaltimento sorgenti esauste afferenti ai Servizi Agenti Fisici dei Dipartimenti Provinciali di Arpacal”**

Lotto 1 CIG Z5E2C92902 - Lotto 2 CIG ZC12C92938 - Lotto 3 CIG ZF12C92969 -  
Lotto 4 CIG ZD82C92989

#### **Quesito n. 3 del 01.04.2020:**

Si chiede che la Stazione Appaltante confermi:

1. La possibilità di presentare una proposta tecnica dettagliata da parte del fornitore, da caricare a sistema unitamente agli allegati-schede tecniche predefinite;
2. Il fatto che i radionuclidi indicati nel capitolato tecnico come esempio siano solo indicativi, e quindi il fornitore possa proporre una lista di radionuclidi differente;
3. La possibilità di fornire una miscela di radionuclidi con attività nominale più alta di quella indicata (40 kBq), ad esempio del 50%;
4. Gli indirizzi esatti di consegna di ciascuna sorgente. Laddove il medesimo lotto indichi differenti laboratori (es. Lotto 2 Castrolibero e Gallico Superiore), ciascuna sorgente dovrà essere spedita separatamente ai laboratori, o è ammissibile una spedizione centralizzata (anche di più lotti) al medesimo indirizzo (es. sede centrale Arpacal).

#### **Risposta:**

1. Sì, a condizione che la proposta tecnica presentata dal fornitore sia conforme o migliorativa a quella richiesta sia per le geometrie richieste (in particolare le sorgenti Marinelli devono avere le dimensioni indicate dei fori

*Le firme autografe possono essere sostituite da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D. Lgs. 12/02/1993 n° 39*

Arpacal

Via Lungomare Località Mosca – Catanzaro Lido (CZ) – tel. 0961 732500

P. IVA 02352560797 [www.arpacal.it](http://www.arpacal.it)

Rev. 3.0

## SETTORE COORDINAMENTO LABORATORI E LEPTA

per poter essere utilizzate nelle spettrometrie in dotazione, le dimensioni non devono subire variazioni di sorta;

2. No, devono essere fornite le miscele di radionuclidi indicate
3. No
4. Ogni lotto indica precisamente dove devono essere spedite le sorgenti e i riferimenti dei singoli laboratori (persona, telefono, indirizzo). I lotti con più indirizzi hanno esplicitamente definito a quale sorgente corrisponde l'indirizzo di riferimento. Non sono ammesse spedizioni centralizzate.

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Simona Bitonti