

SETTORE COORDINAMENTO LABORATORI E LEPTA

Chiarimento n. 4

RDO n. 2541450 “Fornitura di sorgenti di taratura e smaltimento sorgenti esauste afferenti ai Servizi Agenti Fisici dei Dipartimenti Provinciali di Arpacal”

Lotto 1 CIG Z5E2C92902 - Lotto 2 CIG ZC12C92938 - Lotto 3 CIG ZF12C92969 -
Lotto 4 CIG ZD82C92989

Quesito n. 4 del 03.04.2020:

Si chiede alla Stazione Appaltante di specificare quante più informazioni possibili sulla sorgente attualmente in possesso ed oggetto di futuro smaltimento, quali: fornitore, anno di produzione, attività locale, lista di nuclidi presenti, volume complessivo.

Risposta:

Si forniscono le seguenti informazioni inerenti la sorgente in uso:

- Sorgente in beaker di Marinelli volume 1 L .
- Data di acquisto (reference date): del 01/03/14 .
- All'atto dell'acquisto l'attività nominale era di 40kBq.
- Miscela di radionuclidi attivi all'atto dell'acquisto: Am-241, Cd-109, Co-57, Ce-139, Hg -203, Sn- 113, Sr-85, Cs-137, Co-60, Y-88.
- Ad oggi visibili sopra MCR solo Am-241, Cs-137, Co-60

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Simona Bitonti