

## SETTORE COORDINAMENTO LABORATORI E LEPTA

### Chiarimento n. 1

#### **RDO n. 2553386 “Fornitura di reagenti chimici e test in cuvetta per i Laboratori Chimici dei Dipartimenti Provinciali di Arpacal”**

Lotto 1 CIG Z382CC1C83 - Lotto 2 CIG Z1C2CC1CCF- Lotto 3 CIG Z0B2CC1D21

#### **Quesito n. 1 del 27.4.2020:**

In relazione al lotto 2 si chiede se è possibile offrire prodotti identici ma di marca differente.

Per il lotto 3 si chiede se è possibile offrire prodotti equivalenti di marca Merck, in sostituzione di quelli Hach Lange, con fornitura gratuita della strumentazione (2 spettrofotometri e 2 termoreattori).

#### **Risposta:**

In risposta ai quesiti posti, si precisa che i metodi analitici in uso presso i laboratori dell'Arpacal sono stati validati con i prodotti indicati nelle schede tecniche, parte integrante del disciplinare di gara. L'indicazione della marca, pertanto, non è oggetto di discrezionalità da parte della Stazione Appaltante. Ne discende che qualsiasi offerta di prodotti differenti sarà ritenuta non conforme alle caratteristiche tecniche richieste. La presente precisazione è valida per entrambi i lotti.

F.to Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Simona Bitonti