

SETTORE COORDINAMENTO LABORATORI E LEPTA

Chiarimento n. 2

RDO n. 2553386 “Fornitura di reagenti chimici e test in cuvetta per i Laboratori Chimici dei Dipartimenti Provinciali di Arpacal”

Lotto 1 CIG Z382CC1C83 - Lotto 2 CIG Z1C2CC1CCF- Lotto 3 CIG Z0B2CC1D21

Quesito n. 2 del 19.05.2020:

In relazione al lotto 3, un operatore economico ha osservato una incongruenza nei codici, limitatamente agli articoli nelle posizioni 2, 14 e 15, pertanto si riportano di seguito i codici esatti degli articoli interessati, che sostituiscono quelli indicati nell'allegato “Lotto 3 prezzi unitari” della documentazione di gara:

N.	Descrizione	Unità di misura	Quantità richieste
2	Test in cuvetta per COD (5-60 mg/l O ₂) per spettrofotometro DR 2800 HACH Lange Cod LCK1414	1 conf*25	3
14	Test in cuvetta per Ammonio (1,0-12 mg/l NH ₄ -N) per spettrofotometro DR 2800 HACH Lange Cod LCK305	1 conf*25	6
15	Test in cuvetta per Ammonio (2,0-47 mg/l NH ₄ -N) per spettrofotometro DR 2800 HACH Lange Cod LCK303	1 conf*25	3

F.to Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Simona Bitonti